Baxter

GLOBAL TRAVEL CLUB

Informazioni importanti per i pazienti in dialisi peritoneale automatizzata (APD)

PREPARARSI A VIAGGIAR CON IL CYCLER PER APD

SE HA IN PROGRAMMA DI VIAGGIARE CON IL SUO CYCLER

SI ACCERTI DI AVERE L'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE NECESSARIO E/O TRASFORMATORE SPECIFICO PER IL SUO CYCLER

CONSULTI IL SUO CENTRO DIALISI SUL METODO MIGLIORE PER TRASPORTARE IL SUO CYCLER, POTREBBE ESSERE NECESSARIO UTILIZZARE UNA VALIGIA SPECIALE PER IL TRASPORTO

CYCLER **HOMECHOICE CLARIA** O **AMIA/KAGUYA**: QUESTI SISTEMI PER APD NON RICHIEDONO UN TRASFORMATORE E NECESSITANO SOLO DI UN ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

CYCLER **HOMECHOICE** O **HOMECHOICE PRO:** QUESTI SISTEMI PER APD NECESSITANO DI UN TRASFORMATORE PIÙ UN ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

ESEMPI

Solo a scopo illustrativo. L'adattatore o il trasformatore che Lei ha in dotazione potrebbero avere un aspetto diverso.

ADATTATORI DI ALIMENTAZIONE

TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE

Baxter, Homechoice, Amia, Kaguya sono marchi commerciali di Baxter International Inc.
IT-RC00-220014

Global Travel Club: Numero Verde 800 77 22 33