

LA LISTA DI CONTROLLO PER VIAGGIARE CON LA PD



Oltre ai normali oggetti che di solito porta con sé (ad esempio, abbigliamento, articoli da bagno, libri), ecco una lista di controllo per aiutarLa a fare le valigie:

- Verificare con la Sua destinazione che i Suoi prodotti siano arrivati
- Tenere un elenco di numeri da contattare: Baxter, il suo medico, ecc.
- Verificare se i suoi prodotti saranno consegnati direttamente a destinazione in cui soggiognerà o se dovranno essere ritirati da Lei in aeroporto

DISPOSITIVI DA PORTARE CON SÉ:

- Il cyclor per APD, se necessario
- Trasformatori e adattatori di alimentazione per i viaggi all'estero, se necessari
- Farmaci: i farmaci non di Baxter necessari per il viaggio devono rimanere nei loro imballaggi originali
- Prodotti per la PD, medicazioni e farmaci: si assicuri di prendere tutti i piccoli oggetti di cui avrà bisogno per il suo trattamento, perché a volte non vengono spediti; per sicurezza riveda la sua lista dei dispositivi
- Set e dispositivi monouso per il cyclor **Amia** per dialisi peritoneale automatizzata (APD): a seconda della destinazione, potrebbe essere necessario portare con sé i set e i dispositivi di consumo del cyclor per APD **Amia**. Verifichi con il suo specialista del Global Travel Club

DOCUMENTI DA PORTARE CON SÉ:

- Lei DEVE portare con sé la "Lettera del medico", che descrive la Sua condizione, per poter viaggiare. Questa lettera sarà anche richiesta all'ufficio dogana e immigrazione, se ha in programma un viaggio internazionale
- Copia delle prescrizioni
- Conferma dell'ordine di Baxter
- "Documento di trasporto per dispositivi" per il cyclor per APD **Homechoice** o **Amia**